PACK 26

L 120 mm X H 234,5 mm X P 62 mm

THUASNE®

Manulmmo Pro

Zone pour collage étiquette 70x40mm

A CONSERVER POUR LA VALIDATION
A MASQUER POUR L'IMPRESSION

Zone pour collage étiquette 45x32mm

A CONSERVER
POUR LA VALIDATION
A MASQUER
POUR L'IMPRESSION

THUASNE®

THUASNE®

THUASNE®

Manulmmo Pro

Attelle d'immobilisation du poignet



IMMOBILISATION POSTOPÉRATOIRE/POST-TRAUMATIQUE

© Studio Caterin

www.thuasne.com

Manulmmo Pro

Quick lacing system

Description/Destination
Ce dispositif est une attelle de poignet permettant l'immobilisation du poignet.
Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et à des patients dont les mensurations correspondent au tableau de tailles.

Composition
Composants textiles: Polyamide - Polyester - Elastharne.
Composants rigides: Polyoxyméthylène - Aluminium.

Propriété/Mode d'action
Immobilisation du poignet grâce à une baleine palmaire rigide, anatomique et confortable.
Tissu aéré, intérieur doublé de mousse.
Quick Lacing System (système de serrage rapide) permettant un serrage homogène et facile.

Indications
Entorse du poignet.
Fracture non chirurgicale du poignet.
Immobilisation post-traumatique ou postopératoire du poignet.
Tendinopathies du poignet.
Traitement conservateur du syndrome du canal carpien.
Epicondylite latérale.
Arthrite rhumatoïde. Arthrose du poignet.

Contre-indications
Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
Ne pas placer le produit directement en contact avec la peau.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.
Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise le port initial à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changements de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.
Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.
Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de substances susceptibles de nuire à la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...).
Il est recommandé de serrer de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.
⚠ Ne pas utiliser le dispositif à proximité de machines (risque d'entraînement).

Effets secondaires indésirables
Le dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place
Si nécessaire, conformer la baleine palmaire.
Ouvrir l'attelle et positionner le poignet à l'intérieur du produit.
Ajuster le système de serrage pour fermer l'attelle.

Entretien
Pratiquer selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Enlever la baleine avant lavage. À remplacer à l'endroit initial avant la prochaine utilisation. Fermer les auto-agrippants avant lavage.
Lavable en machine à 30°C (cycle délicat). Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge.
Ne pas repasser. Essorer par pression.
Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage
Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Elimination
Eliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2015

Conserver ces instructions d'utilisation.

"Quick Lacing System - Système de Serrage Rapide

CE

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
France

1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

Tour de poignet

Immobilisation

30 MD

Réserve pour labels certif. papier
FSC ou PEFC ou Ø
À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC

FR

avec ou sans imprim'vert en fonction du lieu d'impression

© Thuasne - 6510901 (2023 - 12)